

## DATENBLATT GENTLE SKIN STERIL

### PRODUKTBESCHREIBUNG:

*Latex-Untersuchungshandschuhe,  
einzeln oder paarweise verpackt,  
puderfrei, steril, mit Rollrand,  
beidhändig passend, für den Einmalgebrauch.*

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

REF	Größe	Länge // Breite (mm)	Wandstärke (mm)
8022S (einzeln)	S	mind. 240 // 85 ± 10	Schaft: 0,080 ± 0,020
8022M (einzeln)	M	mind. 240 // 95 ± 10	Handfläche: 0,110 ± 0,020
8022L (einzeln)	L	mind. 240 // 110 ± 10	Finger: 0,120 ± 0,020

8021RSW (paarweise)	S	mind. 240 // 85 ± 10	Schaft: 0,080 ± 0,020
8021RMW (paarweise)	M	mind. 240 // 95 ± 10	Handfläche: 0,110 ± 0,020
8021RLW (paarweise)	L	mind. 240 // 110 ± 10	Finger: 0,120 ± 0,020

### INHALTSSTOFFE

Naturkautschuklatex\*, Sulfur, ZDEC, ZDBC, ZnO, Antioxidant; Titanium Dioxide, Polymer.

**Frei von:** MBT und Thiuramen.

### VERPACKUNG

	Peelverpackung	Box	Karton	Palette
8022	1 Stück	50 Stück	8 Boxen	32 Karton
8021W	1 Paar	50 Paar	4 Boxen	35 Karton

**WICHTIGER HINWEIS:** NICHTBEACHTUNG DER INFORMATIONEN, INSBESONDERE ZUR VERWENDUNG, VERTRÄGLICHKEIT UND BESTÄNDIGKEIT KANN ZU PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN. MEDITRADE ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR FALSCHEN EINSATZ DER PRODUKTE. ES HANDELT SICH UM EIN PRODUKT ZUM EINMALGEBRAUCH – MATERIAL- VERÄNDERUNGEN / INFektionsrisiken KÖNNEN BEI MEHRFACHGEBRAUCH NICHT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. DIE HIER ENTHALTENEN INFORMATIONEN ENTSPRECHEN DEM ZEITPUNKT DES LETZTEN ÄNDERUNGSSTANDS. IRRTÜMER, DRUCKFEHLER SOWIE ÄNDERUNGEN BEHALTEN WIR UNS VOR. HOLEN SIE IM ZWEIFELSFALL FACHKUNDIGEN RAT EIN. DIE JEWEILS AKTUELLEN PRODUKTINFORMATIONEN FINDEN SIE AUF UNSERER HOMEPAGE [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

\*Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, welches allergische oder anaphylaktische Reaktionen hervorrufen kann.

## **HALTBARKEIT**

---

**5 Jahre** bei produktgerechter Lagerung (kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, Temperaturen unter 5° Grad und über 35° Grad vermeiden).

## **STERILISATION**

---

**Sterilisationsverfahren:** Elektronenbestrahlung (Electron Beam)

## **PRODUKTBEZOGENE NORMEN**

---

**EN 455 / AQL 1,5**

## **QUALITÄTSZERTIFIKATE**

---

EN ISO 9001:2008

EN ISO 13485:2012 + AC:2012

Medizinprodukt der Klasse I s gem. Richtlinie 93/42/EWG

**WICHTIGER HINWEIS:** NICHTBEACHTUNG DER INFORMATIONEN, INSBESONDERE ZUR VERWENDUNG, VERTRÄGLICHKEIT UND BESTÄNDIGKEIT KANN ZU PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN. MEDITRADE ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR FALSCHEN EINSATZ DER PRODUKTE. ES HANDELT SICH UM EIN PRODUKT ZUM EINMALGEBRAUCH – MATERIAL- VERÄNDERUNGEN / INFEKTIONSRSIKEN KÖNNEN BEI MEHRFACHGEBRAUCH NICHT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. DIE HIER ENTHALTENEN INFORMATIONEN ENTSPRECHEN DEM ZEITPUNKT DES LETZTEN ÄNDERUNGSSTANDS. IRRTÜMER, DRUCKFEHLER SOWIE ÄNDERUNGEN BEHALTEN WIR UNS VOR. HOLEN SIE IM ZWEIFELSFALL FACHKUNDIGEN RAT EIN. DIE JEWEILS AKTUELLEN PRODUKTINFORMATIONEN FINDEN SIE AUF UNSERER HOMEPAGE [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).  
\*Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, welches allergische oder anaphylaktische Reaktionen hervorrufen kann.