



Material	
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
alle anderen Gehäuse-Teile	Polyoxymethylen (POM)
Band Material	Polyester und Lycra phthalatfrei
Bandfarben	Die Farben enthalten NICHT die aufgeführten chemischen Substanzen, die in Textilien verboten sind: 4-Aminodiphenyl, Benzidin, 4-Chlor-o-toluidin, 2-Naphthylamin, 0-Aminoazotoluol, p-Chloranilin, 2-Amino-4-nitrotoluol, 2,4-Diaminoanisol, 4,4-Diaminodiphenylmethan, 3,3-Dichlorbenzidin, 3,3-Dimethoxybenzidin, 3,3-Dimethoxybenzidin, 3,3-Dimethyl, 4,4-Diaminodiphenylmethan, p-Kresidin, 4,4-Methylen -bis-(chloranilin), 4-4-Oxydianilin, 4,4-Thiodianilin, 0-Toluidin, 2,4-Toluylendiamin, 2,5,5-Trimethylanilin

Angaben zur Aufrechterhaltung der Hygiene	
Einstufung	Der Venenstauer kann als unkritisches Medizinprodukt eingestuft werden. Voraussetzung hierzu ist die Anwendung auf intakter Haut. Eine Anwendung auf krankhaft veränderter Haut ist nicht gestattet.

Verfahren zur Reinigung	
Waschen	Bei geringer Verschmutzung kann der Venenstauer mit handelsüblichem Waschmittel in Handwäsche bei bis zu 60 °C gewaschen werden. Vorteilhaft ist eine Verwendung von Handwaschmittel, die bei einer Temperatur von 40 °C eine gute Reinigungswirkung zeigen. Beachten Sie hierzu die Gebrauchsinformationen des jeweiligen Herstellers. Bitte spülen Sie den Venenstauer mindestens 2 mal mit klarem, lauwarmen Wasser nach. Verwenden sie möglichst unparfümierte Produkte. Bei der Vielzahl der am Markt erhältlichen Waschmittel können wir keine speziellen Produktempfehlungen geben.
Hinweis	Ist der Venenstauer mit Blut, Sekret, oder anderen Körperflüssigkeiten kontaminiert, entsorgen Sie diesen umgehend gemäß aller einschlägigen Vorschriften zur Beseitigung von biogefährlichen Abfällen. Eine Reinigung und weitere Verwendung des Venenstauers ist in diesem Fall nicht gestattet.

Verfahren zur Desinfektion	
Physikalisches Verfahren	Auskochen mit Wasser / Sterilisieren mit Dampf
Hinweis	Seitens des Herstellers ist das Produkt nicht für diese Desinfektionsverfahren geeignet.

Chemisches Verfahren	Für unseren Venenstauer empfehlen wir eine Desinfektion mit flüssigem Desinfektionsmittel. Als Desinfektionsmittel verwenden Sie das CIDEX OPA von Medos International Sarl. Legen Sie den Venenstauer in ein Gefäß. Bitte verwenden Sie kein Gefäß aus Metall. Den Venenstauer bitte nicht aufrollen. Geben Sie jetzt soviel von der Desinfektionslösung hinzu, dass der Venenstauer vollständig mit der Lösung bedeckt ist. Der Venenstauer soll min 5 Minuten in der Lösung verbleiben. Achten sie darauf, dass die Raum-Temperatur min. 20 °C beträgt. Nach der Einwirkzeit ist der Venenstauer mit reichlich Frischwasser zu spülen. Min. 3 Spülvorgänge jeweils mit frischem Wasser sind notwendig. Der Venenstauer muss dabei jeweils min. 1 Minute im Spülwasserer verbleiben. Der Venenstauer kann zum Trocknen aufgehängt werden. Sorgen Sie dafür, dass das abtropfende Wasser keinen Schaden anrichtet. Weitere Informationen zum sicheren Umgang, der Entsorgung, und der Wiederverwendbarkeitsdauer des Desinfektionsmittels entnehmen Sie den dazugehörigen Gebrauchsinformationen.	
Herstellung und Vertrieb von Cidex Opa	Herstellung: Medos International Sarl Chemin-Blanc 38 CH-2400 Le Locole Switzerland	Vertrieb in Deutschland: Johnson+Johnson Medical GmbH Oststraße 1 22844 Norderstedt

26.03.2014

Datum

Geschäftsführung: Hansjörg Kirchner