Sekusept® Extra N

Die bewährte Instrumentendesinfektion

- formaldehydfrei
- materialschonend

Health Care

Sekusept® Extra N

Der Einsatz von thermolabilen Materialien (Endoskope) setzt eine sichere Instrumentendesinfektion voraus

Unsere Leistung

- DGHM zertifiziert
- Wirksam gegen Bakterien (auch TB) und Pilze, viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004
- Geeignet für Ultraschallbadanwendungen
- Zusatz von Korrosionsinhibitoren

Ihr Nutzen

- Standardisierte Absicherung für den Anwender
- Abgesicherte Tests geben Sicherheit im Umgang mit Infektionsrisiken
- Gute Reinigungsleistung bei normaler Anschmutzung (bei starker Belastung Reinigungsleistung durch Zugabe von Sekusept® Cleaner unterstützen)
- Alle Instrumente aus korrosionsfestem Chromstahl werden schonend desinfiziert und gereinigt

Gebindeformen

2 L Griff-Flasche mit Meßbecher	4 x 2 L	**SEN 4**
6 L Kunststoffkanister	1 x 6 L	**SEN 6**

Das Sekusept-Wannen-System zur Instrumenten-Aufbereitung

Gutachten

Mikrobiologisch, virologisch, toxikologisch und ökologisch begutachtet. Zur Materialverträglichkeit liegen umfangreiche Untersuchungen vor.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

CE 0297

Anwendungsgebiet

Zur Desinfektion und Reinigung von medizinischen Instrumenten aus Metall, Glas sowie thermolabilem Instrumentarium und Zubehör, das desinfiziert, aber nicht sterilisiert wird, z.B. Anästhesiezubehör und flexible Endoskope. (Einschränkung für bestimmte Kunststoffe, siehe Anwendungsempfehlung)

- Unbelastete Anwendungslösung: Standzeit 14 Tage (abgedeckte Instrumentenwanne)
- Belastete Anwendungslösung: Laut Richtlinie des RKI ist die Lösung täglich frisch anzusetzen

Anwendungsempfehlung

Instrumente o. a. sofort nach Gebrauch in die Sekusept® Extra N Lösung einlegen. Auf vollständige Benetzung achten. Nach vorgeschriebener Einwirkzeit die Instrumente der Lösung entnehmen und mit Wasser von mindestens Trinkwasserqualität (besser mit aqua dest. oder vollentsalztem Wasser) abspülen. Zur Unterstützung der Reinigungsleistung der Anwendungslösung Sekusept® Cleaner 1,0%ig zusetzen, gegebenenfalls auf bis zu 2,0% erhöhen. Materialveränderungen bei Polycarbonat, Polysulfon und Acrylglas im Dauereinsatz sind nicht auszuschließen, können jedoch durch ausreichendes Spülen nach jeder Anwendung weitestgehend vermieden werden.

Mikrobiologische und virologische Prüfergebnisse

	Konzentration %	Einwirkzeit
Instrumenten-desinfektion	2,0 3,0 5,0	1 Std. 30 Min. 15 Min.
Intrumenten-desinfektion (DGHM)	7,5	1 Std.
TB Wildstamm	3,0	30 Min.
Instrumentendesinfektion im Ultraschallbad unter praxisnahen Bedingungen (Bakterien und Pilze)	3,0	5 Min.
begrenzt viruzid* (inkl. HIV, HBV und HCV)	1,0	5 Min.
Wirksamkeit gegen - Adenoviren - Papovaviren	 1,0 2,0	 5 Min. 15 Min.
viruzid*	4,0 6,0	1 Std.** 2 Std.

*gem. RKI-Empfehlung 01/2004
** Polio bei 30° C

Zusammensetzung:
In 100 g sind als Wirkstoffe enthalten:
6,0 g Glutaral, 5,0 g Benzalkoniumchlorid.

ECOLAB®

Ecolab GmbH & Co. OHG
Postfach 13 04 06
D-40554 Düsseldorf
Telefon +49 2 11 98 93-0
Telefax +49 2 11 98 93-3 84

Ecolab GmbH
Erdbergstraße 29
A-1030 Wien
Telefon +43 1715 25 50-0
Telefax +43 1715 25 50-2850

Ecolab GmbH
Kriegackerstraße 91
CH-4132 Muttenz
Telefon +41 61 4 66 94-66
Telefax +41 61 4 66 94-55

PH 319 Mat.-Nr. 6000351 Stand:04/2006